


## MESH INHALATOR

# MicroAIR U100 (NE-U100-E)



• Hrvatski

HR

All for Healthcare

IM-NE-U100-E-04-08/2017

# Sadržaj

---

Namjena . . . . .	3
Važne sigurnosne mjere opreza . . . . .	4
Značajke i prednosti . . . . .	7
Sadržaj pakiranja uređaja OMRON MicroAIR U100 . . . . .	8
Nazivi i funkcije dijelova. . . . .	9
Prije prve uporabe proizvoda. . . . .	11
Umetanje ili zamjena baterija . . . . .	12
Upotreba AC adaptera (opcija) . . . . .	13
Sastavljanje uređaja i punjenje spremnika za lijek . . . . .	14
Inhalacija s pomoću uređaja OMRON MicroAIR U100 . . . . .	17
Čišćenje uređaja nakon svake inhalacije. . . . .	19
Dezinfekcija dijelova . . . . .	22
Zamjena mrežice . . . . .	24
Dodatni medicinski pribor . . . . .	24
Rješavanje problema. . . . .	25
Tehnički podaci . . . . .	27
Jamstvo . . . . .	31

Poštovani kupče,

Hvala vam na kupovini inhalatora OMRON MicroAIR U100.

Kupnjom inhalatora MicroAIR U100, odabrali ste inovativni uređaj visoke kvalitete.

Tijekom razvijanja ovog proizvoda obratili smo posebnu pozornost na pouzdanost te jednostavno i praktično rukovanje.

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije prve uporabe inhalatora.

Ako i dalje imate pitanja u vezi s uporabom, обратите se službi za korisnike tvrtke OMRON na adresu navedenu na ambalaži ili u ovom priručniku. Rado će vam pomoći.

# Namjena

---

HR

Medicinska namjena	Ovaj je proizvod namijenjen koristiti za inhalaciju lijeka kod respiratornih bolesti.												
Korisnik kojem je namijenjen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zakonski ovlašteni medicinski stručnjaci, kao što su liječnici, medicinske sestre i terapeuti, ili osoblje za zdravstvenu njegu te pacijenti pod vodstvom kvalificiranih medicinskih stručnjaka.</li><li>• Korisnik također mora moći razumjeti opće rukovanje uređajem MicroAIR U100 i sadržaj priručnika s uputama.</li></ul>												
Pacijenti kojima je namijenjen	Ovaj proizvod ne smiju koristiti pacijenti koji nisu pri svijesti ili ne dišu spontano.												
Okruženje	Ovaj je proizvod namijenjen za uporabu u medicinskim ustanovama, kao što su bolnice, klinike ili lečničke ordinacije te u kućanstvima.												
Vijek trajanja	Vijek trajanja je sljedeći, pod uvjetom da se proizvod upotrebljava za inhalaciju lijeka dvaput na dan u trajanju od 10 minuta, svaki put pri sobnoj temperaturi (23 °C). Vijek trajanja može se razlikovati ovisno o uvjetima korištenja. Česta upotreba proizvoda može skratiti razdoblje trajanja.												
	<table><tbody><tr><td>Glavni uređaj</td><td>5 godina</td></tr><tr><td>Spremnik za lijek</td><td>1 godina</td></tr><tr><td>Mrežica</td><td>1 godina</td></tr><tr><td>Usni nastavak 1 godina</td><td></td></tr><tr><td>Maska (PVC)(SEBS)</td><td>1 godina</td></tr><tr><td>Adapter za masku</td><td>1 godina</td></tr></tbody></table>	Glavni uređaj	5 godina	Spremnik za lijek	1 godina	Mrežica	1 godina	Usni nastavak 1 godina		Maska (PVC)(SEBS)	1 godina	Adapter za masku	1 godina
Glavni uređaj	5 godina												
Spremnik za lijek	1 godina												
Mrežica	1 godina												
Usni nastavak 1 godina													
Maska (PVC)(SEBS)	1 godina												
Adapter za masku	1 godina												
Mjere predostrožnosti za korištenje	Potrebno je uvažavati upozorenja i mjere opreza opisane u ovom priručniku s uputama.												

# Važne sigurnosne mjere opreza

---

- U ovom dijelu navedene su informacije o tome kako sigurno upotrebljavati proizvod i kako spriječiti samoozljedivanje i ozljeđivanje drugih te materijalnu štetu.

**⚠ Upozorenje:** Ukaže na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbjegne, može rezultirati smrtnim ishodom ili ozbiljnom ozljedom.

## (Uporaba)

- Za vrstu, dozu i način primjene lijeka slijedite upute lječnika ili ljekarnika.
- Uređaj ne smije biti dostupan novorođenčadi i djeci bez nadzora.
- Nakon svake upotrebe uvijek bacite preostali lijek i svakog puta upotrebljavajte sveže lijek.
- Ovaj proizvod ne smiju upotrebljavati pacijenti koji nisu pri svijesti ili ne dišu spontano.
- Za inhalaciju nemojte upotrebljavati inhalator u kojem se nalazi samo voda.
- Nemojte dirati vibrirajući dio dok je uređaj uključen.
- Uređaj nemojte upotrebljavati tamo gdje bi mogao biti izložen zapaljivom plinu.
- Uređaj nemojte upotrebljavati niti spremati na vlažnim mjestima poput kupaonice.
- Uređaj i njegove dijelove nemojte spremati na mjesta s vrlo visokim temperaturama ili prostore s promjenjivom vlagom, na primjer, u vrućem automobilu te na izravnom sunčevom svjetlu.

## (Izvor napajanja)

- Nemojte uključivati uređaj ako je AC adapter oštećen.
- Uključite AC adapter u utičnicu s odgovarajućim naponom.
- Nemojte upotrebljavati s produžnim kabelom.
- AC adapter nikad nemojte ukopčavati ili iskopčavati mokrim rukama.

## (Čišćenje i dezinfekcija)

- Očistite i dezinficirajte dijelove proizvoda prije prve uporabe, nakon što se proizvod nije upotrebljavao dulje vrijeme te kada je inhalacijski komplet kontaminiran.
- Očistite dijelove proizvoda nakon svake uporabe te ih dezinficirajte svakog dana kod uobičajene uporabe.
- Ako proizvod upotrebljavaju različiti ljudi, očistite i dezinficirajte dijelove nakon svake osobe.

# Važne sigurnosne mjere opreza

---

- Pridržavajte se uputa proizvođača dezinfekcijskih sredstava i pobrinite se da nakon dezinfekcije na proizvodu nema ostataka sredstva za dezinfekciju.
- Pustite dijelove proizvoda da se osuše nakon čišćenje i dezinficiranja prije nego što ponovno sastavite proizvod i spremite na čisto mjesto kako se ne bi kontaminirao.
- Glavni uređaj (osim vibrirajućeg dijela i područja oko njega) i AC adapter nemojte stavljati u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Pazite da ne prolijete vodu po glavnom uređaju ili AC adapteru.

**⚠️ Oprez:** Ukaže na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manju ili veću ozljedu ili fizičko oštećenje.

## (Uporaba)

- Roditelj ili skrbnik mora osigurati nadzor dok uređaj upotrebljavaju djeca ili osobe s invaliditetom ili ako se uređaj upotrebljava na njima ili u njihovoj blizini.
- Kako biste izbjegli zadržavanje ostataka lijeka na licu, obavezno ga obrišite nakon skidanja maske.
- Pazite da vam maglica lijeka ne dospije u oči.
- Nemojte pokretati inhalator ako je spremnik za lijek prazan.
- Odobreno za upotrebu samo na ljudima.
- Upotrebljavajte samo izvorni i opcionalni pribor tvrtke OMRON naveden za ovaj uređaj.
- U spremnik za lijek nemojte dodavati više od 10 ml lijeka.
- Ne izlažite uređaj nikakvim snažnim udarcima, primjerice, pazite da vam ne padne na pod.
- Nemojte tijekom upotrebe pokrivati glavni uređaj dekom, ručnikom ili bilo kakvim drugim pokrivalom.
- Glavni uređaj ili AC adapter nemojte rastavljati ni pokušavati popravljati.
- Nemojte ubadati mrežicu pamučnim štapićima ili iglama.
- Pazite da se prilikom upotrebe unutar 30 cm od uređaja ne nalaze mobilni telefoni ili drugi električni uređaji koji odašilju elektromagnetske valove. To može uzrokovati lošiji rad uređaja.

HR

# Važne sigurnosne mjere opreza

---

## (Izvor napajanja)

- Upotrebljavajte samo izvorni AC adapter.
- Električni utikač gurnite do kraja u električnu utičnicu.
- Obrišite prašinu s električnog utikača.
- Kad rukujete AC adapterom, pazite na sljedeće:

Nemojte ga oštetiti.

Nemojte ga slomiti.

Nemojte ga neovlašteno mijenjati.

Nemojte ga silom savijati ili povlačiti.

Nemojte ga uvijati.

Nemojte ga tijekom upotrebe skupljati u svežanj.

Nemojte ga priklještiti.

Nemojte ga stavljati ispod teških predmeta.

- Nemojte upotrebljavati produžne kabele. Kabel za napajanje uključite izravno u utičnicu.
- Kada iskopčavate utikač iz utičnice, nemojte povlačiti kabel za napajanje.  
Izvucite utikač na sigurni način.
- Iskopčajte uređaj iz električne utičnice ako ga nećete upotrebljavati dulje vrijeme.
- Prije čišćenja uvijek isključite AC adapter iz uređaja.
- Stare baterije odmah zamjenite novima. Obje baterije zamjenite u isto vrijeme.
- Izvadite baterije ako se jedinica neće upotrebljavati tri mjeseca ili dulje.
- Nemojte upotrebljavati različite vrste baterija zajedno.
- Nemojte upotrebljavati nove i stare baterije zajedno.
- Nemojte upotrebljavati litiske baterije.

## (Čišćenje i dezinfekcija)

- Dijelove nemojte prokuhavati ili sušiti u mikrovalnoj pećnici.
- Dijelove nemojte sušiti sušilom za kosu.
- Dijelove nemojte prati ili sušiti u perilici za suđe.
- Nemojte ostavljati otopinu za čišćenje u dijelovima inhalatora. Dijelove inhalatora nakon dezinfekcije uvijek isperite čistom vodom iz slavine.
- Uredaj i dijelove spremite na čisto i sigurno mjesto.

## Opće sigurnosne mjere opreza

- Nemojte upotrebljavati proizvod u bilo koju drugu svrhu osim inhalacije.
- Nikada ne upotrebljavajte benzen ili razrjeđivač za čišćenje uređaja.

# Značajke i prednosti

---

Kod uređaja MicroAIR U100 aerosol se stvara potiskivanjem tekućeg lijeka kroz sitne rupice mrežice izrađene od metalne legure. To se postiže djelovanjem vibrirajućeg elementa izrađenog od titanija koji oscilira pri visokoj frekvenciji.

## Prijenosan je i stane u džep

Uređaj stane u svaku torbicu ili aktovku. Duljina rada je do približno 4 sata uz upotrebu samo dvije baterije AA/LR6 pa je vaš lijek uvijek nadohvat ruke, bez obzira na to kamo idete i što radite.

## Inhalacija je moguća pri različitim kutovima

Uređaj omogućuje inhalaciju pri različitim kutovima uz stabilno raspršivanje. Dakle, uređaj možete upotrebljavati čak i u krevetu ili na bebamama/djeci koje držite na rukama.

HR

## Bešumnji rad

Bešumnost uređaja omogućuje diskretnu upotrebu.

Ne proizvodi glasne i zastrašujuće zvukove, što omogućuje mirno liječenje ako uređaj upotrebljavate na usnulom djetetu.

## Jednostavno rukovanje s pomoću jednog gumba

## Široka medicinska uporaba

## Jednostavno sastavljanje, jednostavna priprema

# Sadržaj pakiranja uređaja OMRON MicroAIR U100

U pakiraju se nalaze sljedeći dijelovi:

Poklopac  
glavnog uređaja



Glavni  
uređaj



Spremnik  
za lijek



Mrežica




Adapter za  
masku



Usni  
nastavak



Baterije  
(2x AA/LR6)



Maska za djecu  
(PVC)



Maska za odrasle  
(PVC)



Torbica



- Priručnik za uporabu
- Priručnik za brzo postavljanje

# Nazivi i funkcije dijelova

## Mrežica


Sadržava mrežicu od metalne legure koja služi za raspršivanje.



## Mrežica

Ovdje kroz sitne pore izlazi raspršeni lijek.

## Spremnik za lijek




## Otvor za zrak

Stabilizira raspršivanje.

HR

## Glavni uređaj



## Gumb za otvaranje spremnika za lijek

Spremnik za lijek može se otvoriti kada se pritisnu gumbi s obje strane.

## Vibrirajući element

Vrh ovog vibrirajućeg elementa oscilira pri visokoj frekvenciji i potiskuje lijek kroz pore mrežice.

## Indikator napajanja



Zeleno svjetlo se uključuje kada je napajanje uključeno.

## Gumb (⊕) ON/OFF

## Indikator slabe baterije

Kad je razina napunjenoosti baterije niska, treperi narančasta svjetlost.

# Nazivi i funkcije dijelova




## Poklopac glavnog uređaja

Štiti prilikom pohrane  
glavni uređaj sa spojenim  
spremnikom za lijek i  
mrežicom.

## Prikaz straga


Gumb za otvaranje poklopcu pretinca  
za bateriju



# Prije prve uporabe proizvoda

- Prije prve uporabe:
- I ) Pažljivo pročitajte priručnik s uputama
  - II ) Rastavite, očistite i dezinficirajte dijelove

## Rastavljanje




HR

# Umetanje ili zamjena baterija

## Umetanje baterija

1. Skinite poklopac pretinca za bateriju s donje strane tako da pritisnete gume s obje strane.
2. Umetnute baterije prema oznakama za polaritet koje se nalaze u pretincu za baterije.
3. Vratite poklopac tako da pritisnete gume s obje strane poklopca.



## Vijek trajanja i zamjena baterija

Uredaj radi na alkalne baterije ili nikal-metal-hidridne (NiMH) punjive baterije. Ovisno o kapacitetu i stanju baterija, uređaj može raditi do 4 sata na jednom kompletu alkalnih baterija.

### Indikator gotovo prazne baterije (narančasto svjetlo)

Trepće	Baterije su pri kraju. Obje baterije zamjenite novima.
Uključuje se	Baterije su ispraznjene. Uredaj neće raspršivati. Obje baterije odmah zamjenite novima.

- Napomenе:
- Indikator slabe baterije isključit će se ako se 10 sekundi ne pritisne nijedan gumb ili ako isključite uređaj.
  - Izvadite baterije ako uređaj ne upotrebljavate dulje vrijeme. Ako to ne učinite, uređaj se može oštetiti zbog curenja baterija.
  - S baterijama treba postupati kao s kemijskim otpadom; treba ih odložiti u trgovini ili na odgovarajućim mjestima za prikupljanje.



# Upotreba AC adaptera (opcija)


⚠️ Oprez: Upotrebjavajte samo izvorni AC adapter kako je navedeno u odjeljku „Dodatni medicinski pribor“.

## Spajanje AC adaptera s glavnim uređajem

- (1) Skinite poklopac pretinca za baterije i izvadite baterije, pogledajte stranica 12.
- (2) Postavite glavni uređaj na postolje AC adaptera kako je prikazano na ilustraciji s desne strane.  
Napomena: Kliknut će i fiksirati se za postolje.
- (3) Ukopčajte utikač AC adaptera u električnu utičnicu.

⚠️ Oprez: AC adapter nikad nemojte spajati ili odspajati mokrim rukama.


Napomena: Ne stavljamte uređaj na mjesto na kojem je teško isključiti adapter izmjeničnog napajanja.



Spajanje je dovršeno.

## Odvajanje AC adaptera od glavnog uređaja


- (4) Iskopčajte utikač AC adaptera iz električne utičnice.
- (5) Pritisnite s obje strane postolja kako biste ga odvojili od glavnog uređaja.
- (6) Odvojite glavni uređaj.



# Sastavljanje uređaja i punjenje spremnika za lijek


**⚠️ Oprez:** Očistite i dezinficirajte dijelove proizvoda prije prve uporabe, nakon što se proizvod nije upotrebljavao dulje vrijeme te kada je inhalacijski komplet kontaminiran. (Upute potražite u stranica 19.)

1. Umetnute baterije, pogledajte stranica 12.
2. Poravnajte oznaku na spremniku s lijekom s oznakom na glavnom uređaju. Pritisnite i zaokrenite spremnik s lijekom udesno.



Napomena: Nemojte stavljati spremnik za lijek na glavni uređaj dok je na njemu mrežica.

3. Otvorite spremnik za lijek tako da pritisnete s obje strane poklopca.



# Sastavljanje uređaja i punjenje spremnika za lijek

4. Napunite spremnik za lijek kako je prikazano.  
Maksimalna zapremina je 10 ml.



5. Postavite mrežicu.


Napomena: Nemojte dodirivati mrežicu.



Mrežica




6. Gurnite poklopac spremnika za lijek na mjesto dok ne klikne.  
Kućište mrežice je učvršćeno.




HR

# Sastavljanje uređaja i punjenje spremnika za lijek

7. Stavite adapter za masku na glavni uređaj.



8. Stavite masku ili nastavak za usta na adapter za masku.



Uređaj je sada spreman za upotrebu.

U sljedećem odjeljku potražite upute za inhalaciju.

# Inhalacija s pomoću uređaja OMRON MicroAIR U100


⚠️ Oprez: Za vrstu, dozu i način primjene lijeka pratite upute liječnika ili ljekarnika.

1. Lagano nagnite uređaj kako je prikazano na slici.  
U ovom položaju vibrirajući element je uronjen u lijek te će raspršivanje početi nakon uključivanja.


Nakon što je vibrirajući element uronjen u lijek, uređaj se može upotrebljavati pod bilo kojim kutom.

Napomena: U nekim položajima (npr. uspravnom) raspršivanje će možda prestati nakon kratkog vremena. U tom slučaju ponovno kratko nagnite uređaj kako bi se vibrirajući element ponovno uronio u uređaj.

2. Stavite nastavak za usta u usta ili stavite masku na usta i nos.



HR



3. Ako pritisnete gumb ON/OFF (髯), raspršivanje započinje.  
Ako ponovno pritisnete gumb ON/OFF (髯), raspršivanje se zaustavlja.

Tijekom inhalacije svijetli zeleni indikator napajanja.

Tijekom inhalacije budite mirni i opušteni. Udište polako i duboko kako bi lijek dospio duboko u pluća. Kratko zadržite dah, a zatim polako izdahnite dok uklanjate nastavak za usta. Nemojte disati prebrzo. Napravite pauzu ako se želite odmoriti.



# Inhalacija s pomoću uređaja OMRON MicroAIR U100

---


Napomena: Ako se upotrebljava lijek visoke viskoznosti, raspršivanje može biti slabije.

Ako se višak lijeka skupi na mrežici, raspršivanje će se možda zaustaviti. U tom slučaju isključite uređaj i skinite adapter za masku. Lijek uklonite tkaninom koja ne ostavlja dlačice.

Napomena: Nemojte ubadati mrežicu pamučnim štapićima ili iglama; mrežica se tako može trajno oštetiti.

Nakon inhalacije uvijek isključite inhalator pritiskom na gumb ON/OFF (⊕).

Napomena: Uredaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta.



# Čišćenje uređaja nakon svake inhalacije

Sljedeće dijelove trebate rastaviti i očistiti nakon svake uporabe:

Spremnik za lijek, mrežica, adapter za masku, nastavak za usta i maska.

Napomena: ako se uređaj ispravno i redovito ne čisti i ne dezinficira, u njemu mogu zaostati mikroorganizmi te postoji opasnost od infekcije.

1. Odvojite adapter za masku od glavnog uređaja tako da pritisnete s obje strane adaptera.



HR

2. Otvorite spremnik za lijek i skinite mrežicu.


Napomena: Nemojte dodirivati mrežicu.



3. Bacite lijek i zatim vratite kućište mrežice.



Mrežica




Nastavlja se

## Čišćenje uređaja nakon svake inhalacije

---

4. Napunite spremnik za lijek vodom i raspršite je.


Kako nakon uporabe ne bi došlo do sušenja i hvatanja lijeka na mrežici, raspršujte vodu još 1 do 2 minute.



Nemojte inhalirati vodu.

5. Uklonite kućište mrežice sa spremnika s lijekom, zatim rastavite spremnik s lijekom s glavnog uređaja tako da ga zaokrenete ulijevo i povučete prema gore.

Napomena: Odvojite spremnik za lijek nakon što bacite lijek.



# Čišćenje uređaja nakon svake inhalacije


6. Sve dijelove očistite prema uputama u nastavku.

- **Mrežica**

Operite kućište mrežice u blagom (neutralnom) deterdžentu, zatim ga isperite u čistoj vodi. Uklonite višak vode i ostavite da se osuši na zraku na čistome mjestu.

Neke vrste lijekova lako prianaju za mrežicu pa dobro pripazite kod pranja.

Nemojte prati u tekućoj vodi.



- **Spremnik za lijek, nastavak za usta, maska i adapter za masku**

Operite ih u toploj vodi i blagom (neutralnom) deterdžentu. Temeljito ih isperite čistom tekućom vodom i ostavite da se osuše na zraku na čistome mjestu.



- **Vibrirajući element i njegova okolina**

Operite tekućom vodom.

Napomena: Provjerite je li poklopac odjeljka za baterije na mjestu kako u uređaj ne bi ušla voda.



- **Glavni uređaj**

Očistite glavni uređaj tako da ga obrišete (navlaženom) krpom koja ne ostavlja dlačice.

Suhom krpom koja ne ostavlja dlačice osušite glavni uređaj.

Nemojte nikada čistiti benzenom ili razrjeđivačem.



HR

# Dezinfekcija dijelova

Napomena: ako se uređaj ispravno i redovito ne čisti i ne dezinficira kako je naznačeno, u njemu mogu zaostati mikroorganizmi te postoji opasnost od infekcije.

Spremnik za lijek, mrežica, maska i adapter za masku treba dezinficirati prije prve upotrebe uređaja, nakon duljeg razdoblja neupotrebe ili svakodnevno kod uobičajene upotrebe.

Za odabir načina dezinfekcije pogledajte tablicu u nastavku.

Dijelovi	Materijali	Proku-havanje	Alkohol	Natrijev hipoklorit	Kvartarni amonijak	Klorheksidin	Amfoterički surfaktanti
			Medicinski alkohol	Milton*¹ (0,1 %)	Osvar*¹ (0,1 %)	Hibitane*¹ (0,5 %)	Tego*¹ (0,2 %)
Usni nastavak		SEBS	○	○	○	○	○
Adapter za masku		PC	○	○	○	○	○
Spremnik za lijek		Kućište: PC Šarke: Titanij	○	○	○	○	○
Mrežica		Pakiranje: silikonska Držač mrežice: PC Mrežica: NiPd	○	○	×	○	○
Maska za odrasle (PVC) Maska za djecu (PVC)		Maska: PVC*³ Traka: Guma*⁴	×	○*²	○*²	○*²	○*²
Maska za odrasle (SEBS) (opcija) Maska za djecu (SEBS) (opcija)		Maska: SEBS Traka: Guma*⁴	○*²	○*²	○*²	○*²	○*²
Vibrirajući element		Titanij	×	○	○	○	○

○ : primjenjivo × : nije primjenjivo

# Dezinfekcija dijelova


## ■ Dezinfekcija sredstvom za dezinfekciju dostupnim na tržištu

Koristite sredstvo za dezinfekciju dostupno na tržištu. Slijedite upute proizvođača sredstva za dezinfekciju.

Napomena: Nemojte nikada čistiti benzenom ili razrjeđivačem.

- **Vibrirajući element i njegova okolica**

Vibrirajući element i područje oko njega namočite u sredstvo za dezinfekciju.



HR

- **Spremnik za lijek, nastavak za usta, kućište mrežice, adapter za masku i maska.**


Namočite dijelove u dezinficijensu.

## ■ Dezinficiranje iskuhavanjem

- **Spremnik za lijek, nastavak za usta, kućište mrežice, adapter za masku i maska (SEBS) (opcija)\*2**

Dijelovi se mogu prokuhavati između 15 do 20 minuta.

Nakon prokuhavanja, pažljivo uklonite dijelove, otresite višak vode i ostavite da se osuše na zraku u čistom okruženju.



\*1 Primjer sredstva za dezinfekciju koje je dostupno na tržištu. (Koncentracija i vrijeme zadržavanja koji su navedeni u tablici vrijede pod uvjetima u kojima je radni vijek dijelova ispitana sa svakim dezinfekcijskim sredstvom koje se koristi sukladno uputama iz njegovog priručnika s uputama. Napominjemo da nije provedeno ispitivanje učinkovitosti dezinfekcijskog sredstva. Ne upućujemo na korištenje takvih dezinfekcijskih sredstava. Uvjeti upotrebe i sastojci dezinfekcijskog sredstva razlikuju se kod raznih proizvođača. Pažljivo pročitajte priručnike s uputama za rad prije upotrebe i na primjerenu način nanesite sredstvo za dezinfekciju na svaki dio. Zapamtite da radni vijek dijelova može biti kraći, što ovisi o uvjetima, okolini i učestalosti upotrebe.)

\*2 Uklonite gumenu traku s maske prije dezinficiranja.

\*3 Maska ne sadrži ftalate.

\*4 Vrpca nije napravljena od prirodnog gumenog lateksa.

# Zamjena mrežice

---

Mrežica je potrošni dio.

OMRON preporučuje zamjenu kućišta mrežice nakon približno jedne godine (pogledajte stranicu 3 „Vijek trajanja“).

Uklonite kućište mrežice i stavite novo kako je opisano u stranica 14 (odjeljak „Sastavljanje uređaja i punjenje spremnika za lijek“).

## Dodatni medicinski pribor

---

(unutar djelokruga direktive EZ o medicinskim uređajima 93/42/EEZ)

Naziv	Model
Maska za odrasle (PVC)	NEB-MSLP-E
Maska za djecu (PVC)	NEB-MSMP-E
Maska za dojenčad (PVC)	NEB-MSSP-E
Maska za odrasle (SEBS)	NEB-MSLS-E
Komplet maske za djecu (SEBS)	NEB-MSSS-E
Mrežica	NEB-MC-10E
Spremnik za lijek	NEB-BTL-10E
Adapter za masku	NEB-MSA-10E
Usni nastavak	U22-1-E
AC adapter	NEB-AC-10E
Adapter (Velika Britanija)	NEB-AC-10UK

# Rješavanje problema

Ako se tijekom upotrebe pojavi bilo koji od dolje navedenih problema, najprije provjerite nalazi li se u krugu od 30 cm od inhalatora neki električni uređaj.

Ako se problem nastavi, pogledajte donju tablicu.

Problem	Mogući uzrok	Radnja
Brzina raspršivanja je iznimno niska.	Baterije su slabe (narančasti indikator treperi). Mrežica je prljava ili začepljena.	Zamijenite baterije novima. Pogledajte stranica 12.  1. Očistite mrežicu prokuhanjem. Pogledajte stranica 22. 2. Zamijenite mrežicu novom. Pogledajte stranica 14.
Ne uključuje se zeleni indikator napajanja, a uređaj ne raspršuje lijek.	Baterije su ispraznjene (uključuje se narančasti indikator za slabe baterije). Kapacitet punjivih baterija je nizak. Baterije su umetnute u pogrešnom smjeru. AC adapter (opcija) nije ispravno uključen u strujnu utičnicu.	Zamijenite baterije novima ili upotrijebite AC adapter (opcija). Pogledajte stranica 12 ili 13.  Napunite baterije punjačem dostupnim na tržištu.  Ponovno umetnите baterije u ispravnom smjeru. Pogledajte stranica 12.  Provjerite je li AC adapter uključen u strujnu utičnicu i glavni uređaj. Iskopčajte pa ponovno ukopčajte utikač ako je potrebno.
	Kontakt AC adaptéra (opcija) je kontaminiran.	Krpom koja je navlažena vodom ili dezinfekcijskim alkoholom, a zatim lagano iscijeđena, obrišite kontaminirani dio.

HR

# Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Radnja
Uključuje se zeleni indikator napajanja, ali uređaj ne raspršuje lijek.	Vibrirajući element nije uronjen u lijek.	Nagnite glavni uređaj kako bi se vibrirajući element uronio u lijek.
	Spremnik za lijek nije napunjen lijekom.	Napunite ga lijekom. Pogledajte stranica 14.
	Mrežica je slomljena.	Zamijenite novom. Pogledajte stranica 14.
	Na mrežici se nakupio višak lijeka	Uklonite višak lijeka. Pogledajte stranica 18. Laganim dodirima uklonite vidljivu tekućinu mekom krpom kako ne biste oštetili mrežicu.
Uključuje se zeleni indikator napajanja, ali uređaj slabo raspršuje lijek ili inhalacija predugo traje.	Brzina raspršivanja ovisi o tome koji lijek upotrebljavate.	Vrijeme inhalacije može varirati ovisno o lijeku i pacijentu.

Ako uređaj dobro ne raspršuje lijek ni nakon što ste provjerili moguće navedene uzroke, obratite se prodavaču proizvoda OMRON.

# Tehnički podaci

---

Kategorija proizvoda:	Inhalatori
Opis proizvoda:	Inhalator s mrežicom
Model (kod):	MicroAIR U100 (NE-U100-E)
Nazivni podaci:	100-240 V~ 50/60 Hz (AC adapter kao opcija) 3 VDC (dvije baterije/tip AA/LR6)
Električna potrošnja:	Približno 1,2 W
Obujam ostatka:	Približno 0,5 ml
Vijek trajanja baterije:	Približno 4 sata
Radna temperatura / vlažnost / tlak zraka:	+10 °C do +40 °C, 30 do 85 % RH (bez kondenzacije), 800 - 1.060 hPa
Temperatura / vlaga za skladištenje i transport:	-20 °C do +60 °C, 10 do 90 % RH (bez kondenzacije)
Masa:	Približno 200 g (bez baterija)
Dimenzije:	Približno 45 (Š) x 130 (V) x 60 (D) mm (glavni uređaj sa spremnikom za lijek i adapterom za masku)
Sadržaj:	Glavni uređaj, poklopac glavnog uređaja, spremnik za lijek, kućište mrežice, adapter za masku, nastavak za usta, 2 baterije (AA/LR6), maska za odrasle (PVC), maska za djecu (PVC), torbica, priručnik, upute za brzo postavljanje ME oprema s unutarnjim napajanjem (kad se upotrebljavaju samo baterije)
Klasifikacije:	ME oprema klase II (kad se upotrebljava AC adapter kao opcija) Tip BF (primjenjeni dio); nastavak za usta, maska IP55 (kad se upotrebljavaju samo baterije) IP22 (kad se upotrebljava AC adapter kao opcija)

IP klasifikacija je stupanj zaštite osiguran kućištima u skladu s normom IEC 60529. Uređaj je zaštićen od prodora prašine koja može uzrokovati probleme pri uobičajenom radu te od prodora vode koji može uzrokovati probleme pri uobičajenom radu. Dodatni adapter zaštićen je od tvrdih stranih predmeta promjera 12,5 mm i većih, npr. prstiju i od neizravnih kapljica vode koje mogu uzrokovati probleme pri uobičajenom radu.

HR

# Tehnički podaci

## Napomene:

- Podložno tehničkim izmjenama bez prethodne najave.
- Ovaj proizvod OMRON proizведен je pod strogim sustavom za nadzor tvrtke OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan.
- Uređaj možda neće raditi ako su uvjeti temperature i napona različiti od onih koji su određeni u specifikacijama.
- Ovaj uređaj udovoljava odredbama EC direktive 93/42/EEZ (Direktiva o medicinskim uređajima) i europskoj normi EN13544-1:2007, Oprema za respiracijsku terapiju - dio1: Sustavi za inhalaciju i njihove komponente.

**CE 0197**

## Opis simbola

	Korisnik treba pogledati upute za uporabu		Ograničenje vlažnosti
	Primjenjeni dio – vrsta BF Stupanj zaštite od električnog udara (curenje struje)		Ograničenje atmosferskog tlaka
	Klasa II Zaštita od električnog udara		Uključivanje/isključivanje
IPXX	Zaštita od prodiranja predviđena normom IEC 60529		Izmjenična struja
	Oznaka CE		Istosmjerna struja
	Serijski broj		Tehnologija i kvaliteta, JAPAN
	Ograničenje temperature		

# Tehnički podaci

HR

**Veličina čestica:**

\*MMAD 4,5  $\mu\text{m}$

MMAD = srednji maseni aerodinamički promjer

**Zapremina spremnika za lijek:**

10 ml maksimum

oko 20 dB

**Brzina inhalacije:**

\*\*Veće od 0,25 ml/min (prema gubitku težine)

**Izlaz aerosola:**


0,5 ml (2 ml, 1 % NaF)

**Brzina izlaza aerosola:**

0,1 ml/min (2 ml, 1 % NaF)

**Napomene:**

- Distribucija veličine čestica i izlaz aerosola mjeri se 2,5-postotnom vodenom otopinom natrij-fluorida (NaF). Distribucija veličine čestica i izlaz aerosola mogu varirati ovisno o kombinaciji uređaja, lijeka i uvjeta u okolini, kao što su temperatura, vlaga i atmosferski tlak.
  - Radna svojstva mogu se razlikovati kod mrežice i lijekova koji se koriste, kao što su suspenzije ili lijekovi visoke viskoznosti. Više pojedinosti potražite u tehničkom listu dobavljača lijeka.
  - Izmjerene vrijednosti odražavaju unutarnje podatke NEXT GENERATION IMPACTOR (NGI), prema normama EN13544-1:2007 + A1:2009 i ISO27427:2013.
- \*\* Brzina raspršivanja mjeri se slanom otopinom od 0,9 % pri temperaturi od 23 °C i kutu od 30° te količini od 3 ml lijeka. Može varirati ovisno o lijeku i uvjetima u okolini.



# Tehnički podaci

---

## Važne informacije o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC)

NE-U100-E koji proizvodi OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., u skladu je s normom EN60601-1-2:2015 o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC). Ostala dokumentacija u skladu s EMC standardom može se dobiti od tvrtke OMRON HEALTHCARE EUROPE na adresi navedenoj u ovom priručniku ili na [www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com). NE-U100-E potražite u EMC informacijama na internetskoj lokaciji.

## *Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)*

Ova oznaka na proizvodu ili dokumentaciji koju ste s njim dobili znači da se uređaj na kraju svojeg uporabnog vijeka ne smije odlagati zajedno s kućanskim otpadom. Kako bi se sprječili štetni učinci nekontroliranog odlaganja na okoliš ili ljudsko zdravlje, odvojite ovaj uređaj od ostalog otpada i reciklirajte ga u svrhu promicanja održivog korištenja materijalnih resursa.



Mali korisnici trebali bi se obratiti prodavaču od kojeg su kupili proizvod ili uredu lokalnih vlasti, od kojih mogu zatražiti pojedinosti o tome gdje i kako mogu odnijeti uređaj na recikliranje koje nije štetno za okoliš.

Poslovni korisnici mogu se obratiti dobavljaču i provjeriti uvjete i odredbe ugovora o kupnji. Ovaj se proizvod pri odlaganju ne smije miješati s drugim komercijalnim otpadom.

# Jamstvo

---

Zahvaljujemo na kupnji proizvoda OMRON. Ovaj je proizvod izrađen od kvalitetnih materijala i velika je pažnja posvećena njegovoj proizvodnji. Dizajniran je da pruži veliku razinu ugode uz uvjet da se njime ispravno rukuje i održava kao što je opisano u priručniku s uputama.

Ovaj je proizvod obuhvaćen jamstvom tvrtke OMRON u razdoblju od 3 godine nakon dana kupnje. OMRON jamči pravilnu konstrukciju, izradu i materijale ovog proizvoda. Tijekom jamstvenog razdoblja OMRON će, bez naknade za rad ili dijelove, popraviti ili zamjeniti neispravan proizvod ili bilo koje neispravne dijelove.

**Jamstvo obuhvaća samo proizvode kupljene u Europi, Rusiji i drugim državama ZND-a, na Bliskom Istoku i u Africi.**

HR

Jamstvom nije obuhvaćena nijedna od sljedećih stavki:

- a. Transportni troškovi i rizici tijekom transporta.
- b. Troškovi popravaka i/ili kvarovi koji su nastali tijekom popravaka koje su izvršile neovlaštene osobe.
- c. Povremeni pregled i održavanje.
- d. Kvar ili istrošenost pribora ili drugih dodataka izuzev samog glavnog uređaja, osim ako nije prethodno izričito zajamčeno.
- e. Troškovi nastali uslijed neprihvatanja zahtjeva (bit će naplaćeni).
- f. Bilo kakva oštećenja uključujući osobnu ozljedu prouzročenu slučajno ili uslijed nepropisnog rukovanja.

Bude li potrebna usluga jamstva, obratite se zastupniku od kojeg ste kupili proizvod ili ovlaštenom distributeru proizvoda OMRON. Adresu možete pronaći na pakiranju/ u literaturi proizvoda ili kod specijaliziranog prodavača. Ako imate poteškoća u pronalaženju korisničke usluge tvrtke OMRON, posjetite našu mrežnu stranicu ([www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com)) radi informacija za kontakt.

Popravak ili zamjena obuhvaćena jamstvom ne daje nikakvo produljenje ili obnavljanje razdoblja jamstva.

Ovo će jamstvo biti odobreno samo ako se vrati cjelokupni proizvod s izvornim računom / potvrdom o uplati gotovine koju je prodavač izdao potrošaču. Tvrta OMRON zadržava pravo odbijanja jamstva ako su pružene bilo kakve nejasne informacije.

## JAMSTVENI LIST

Hvala što ste kupili proizvod tvrtke OMRON. Ovaj proizvod napravljen je od visokokvalitetnih materijala te je pomno izrađen. Izrađen je kako bi vam služio, pod uvjetom da se ispravno koristi i održava na način opisan u priručniku. Ovaj proizvod ima jamstvo tvrtke OMRON od 3 godine nakon datuma kupnje. OMRON jamči za ispravnu izradu, umijeće i materijale ovog proizvoda. Tijekom razdoblja jamstva, OMRON će, bez naplate rada ili dijelova, popraviti ili zamjeniti oštećeni proizvod ili bilo koji njegov oštećeni dio.

Jamstvo ne pokriva sljedeće:

a.Troškove i rizike transporta.

b.Troškove popravaka i/ili oštećenja nastalih popravcima od strane neovlaštenih osoba.

c.Periodične provjere i održavanje.

d.Neispravnost ili habanje dodatne opreme ili drugih dijelova koji nisu glavni dio uređaja, osim ako to nije izričito navedeno u prijašnjem tekstu.

e.Troškove nastale neprihvatanjem potraživanja (to se naplaćuje).

f.Odšteta bilo koje vrste, uključujući one za ozljede uzrokovane slučajno ili pogrešnom uporabom.

g.Usluga baždarenja nije pokrivena jamstvom.

h.Dodatni dijelovi imaju jamstvo u trajanju od jedne (1) godine od datuma kupnje.

Ako vam je potrebna usluga koja je pokrivena jamstvom, obratite se prodavaču od kojeg ste kupili proizvod ili ovlaštenom distributeru proizvoda tvrtke OMRON. Adrese potražite na pakiranju proizvoda / literaturi ili ih zatražite u specijaliziranoj trgovini. Ako imate problema s pronaalaženjem službe za korisnike tvrtke OMRON, obratite nam se za dodatne informacije. [www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com).

TIP/MODEL PROIZVODA \_\_\_\_\_

SERIJSKI BROJ PROIZVODA (na stražnjoj strani proizvoda): \_\_\_\_\_

ŽIG I ADRESA PRODAJNOG MJESTA S DATUMOM PRODAJE: \_\_\_\_\_

OPIS KVARA: \_\_\_\_\_

IME I PREZIME KUPCA: \_\_\_\_\_

ADRESA KUPCA: \_\_\_\_\_

Jamstveni rok:

Radi li se o manjem popravku proizvoda, jamstveni se rok produljuje za onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe proizvoda dok je bio na popravku. Međutim, radi li se o zamjeni proizvoda ili o bitnom, krupnjem popravku proizvoda, jamstveni rok počet će teći ponovno od zamjene odnosno od vraćanja popravljenog proizvoda kupcu. Ukoliko se radi o zamjeni ili bitnom popravku samo jednog dijela proizvoda, jamstveni rok počet će teći ponovno samo za taj dio proizvoda, ali ne i za proizvod kao cjelinu.

Zastupnik za Hrvatsku: MEDIKOR d.o.o., Jaruščica 9 e, 10000 Zagreb, Tel: 01/3689 666, e-mail: [info@medikor.hr](mailto:info@medikor.hr)

Servis: Medikor specijalizirana drogerija, Tratinška 58, Zagreb, Tel: 01/3689 699

Izjavu o sukladnosti, declaration of conformity možete naći na internetu, na adresi [www.medikor.info](http://www.medikor.info)

## SERVISNI LIST

**Medikor služba za servis i reklamacije:**  
**01 3667 212**

### **1. POSTUPAK KOD SLANJA UREĐAJA UNUTAR JAMSTVENOG ROKA NA SERVIS**

Ukoliko sumnjate na neispravnost rada uređaja:

1. Molimo vas da prije svega pažljivo pročitate upute o pravilnom korištenju uređaja. Nepravilno korištenje uređaja najčešći je uzrok neispravnih rezultata mjerjenja i nepravilnosti u radu uređaja.
2. Ukoliko smatrate da uređaj ne radi ispravno, molimo vas da nazovete Medikor službu za servis i reklamacije, na broj telefona 01/3667 212 ili pošaljete e-mail: [otprema@medikor.hr](mailto:otprema@medikor.hr)
3. Naši djelatnici će u dogovoru s vama dogovoriti dolazak dostavne službe Overseas Express koja će od vas preuzeti vaš uređaj i poslati ga na ovlašteni servis. Djelatniku iz Medikor službe za servis potrebno je navesti vašu adresu i broj telefona kako bi vas dostavna služba mogla kontaktirati. Nakon servisa i popravka, uređaj ćemo putem službe Overseas Express poslati na adresu pošiljatelja.

**VAŽNO!** Kod slanja uređaja na servis uređaju OBAVEZNO moraju biti priloženi:

- Uređaj
- Originalni račun
- Ovjerjen i popunjeno jamstveni list (žig prodajnog mjesta, datum kupnje, model proizvoda, detaljan opis kvara, ime i adresa kupca)
- Ukoliko navedeni uvjeti nisu ispunjeni, trošak servisa uređaja snosi sam kupac.

Jamstvo ne pokriva uređaje kupljene u inozemstvu, bilo putem interneta ili drugih prodavatelja. Za uređaje unutar jamstvenog roka, trošak slanja uređaja na servis, i troškove vraćanja uređaja sa servisa snosi Medikor. U slučaju da se na servisu utvrdi da uređaj ispravan, troškove vraćanja uređaja sa servisa snosi pošiljatelj.

### **2. POSTUPAK KOD SLANJA UREĐAJA VAN JAMSTVENOG ROKA**

**Servis: Medikor specijalizirana drogerija, Tratinska 58, 10000 Zagreb. Tel: 01 3689 699**

Za uređaje izvan jamstvenog roka, sve troškove vezane uz slanje uređaja do servisa i povratka sa servisa, te samog popravka uređaja snosi kupac.

<b>Proizvodač</b> 	<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
<b>Predstavništvo u Europskoj uniji</b> 	<b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKA <a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>
<b>Proizvodni pogon</b>	<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> Matsusaka Factory 1855-370, Kubo-cho, Matsusaka-shi, Mie, 515-8503 Japan
<b>Podružnice</b>	<b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK <a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>
	<b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b> Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, NJEMACKA <a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>
	<b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCUSKA <a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>

Proizvedeno u Japanu